

داروها و تجهيزات

ترالی احیای نوزادان بخش اورژانس زایمان

اتاق زایمان و اتاق عمل سزارین

پائیز ۱۴۰۲


ملزومات ضروری احیای نوزاد در بخش اورژانس زایمان، اتاق زایمان و اتاق عمل سزارین

- ۱- ترالی احیای نوزاد
- ۲- دستگاه ساکشن پرتابل
- ۳- پالس اکسی متر با پروب نوزاد
- ۴- حسگر دما به همراه پوشش حسگر برای گرم کننده تابشی (برای استفاده در احیای طولانی مدت)
- ۵- بلندر (blender)
- ۶- کپسول اکسیژن پرتابل
- ۷- دستگاه تی پیس احیا
- ۸- کپسول هوای فشرده
- ۹- تشک گرمایی برای نوزادان بسیار نارس (اختیاری)
- ۱۰- نمایشگر الکترونیکی قلب نوزاد (ECG) (اختیاری)
- ۱۱- فهرست مکتوب کلیه داروها و ملزومات موجود در ترالی اورژانس که به ترتیب طبقات منظور شده و اطلاعات ضروری در آن مندرج است و در یک طرف ترالی بایستی نصب باشد:
 - جدول محاسبه فوری مقدار داروها برای نوزادان ۰/۵ تا ۴ کیلوگرمی (پیوست ۳ جدول شماره ۱)
 - جدول اشباع اکسیژن هدف (پیوست ۴ جدول شماره ۲)
 - جدول عمق فرو بردن لوله نای و جدول اندازه لوله بر اساس وزن و سن بارداری (پیوست ۵ جدول شماره ۳)
 - پوستر احیای نوزاد در قطع A4 و لمینت شده

فهرست داروهای ترالی احیای نوزادان در بخش اورژانس زایمان، اتاق زایمان و اتاق عمل سزارین (داروهای حیات بخش)

کشوی اول و دوم

ردیف	نام فارسی دارو	مقدار دارو	شکل دارو	نام دارو	حداقل تعداد
۱	ابی نفرین	۰/۱mg/mL, ۱۰mL	Amp	Epinephrine HCL	۵
۲	کلرید سدیم ۰/۹٪ (نرمال سالین)	۵۰۰mL	Solution	Sodium Chloride 0/9%	۲
۳	دکستروز ۱۰٪	۲۵۰ mL	Vial	Dextrose 10%	۱
۴	آب مقطر	۵ mL	Amp	Water for Injection	۵



نکته: با توجه به شرایط بحرانی زمان احیا و همراهی استرس و اضطراب، لازم است داروها و ملزومات ترالی طبق دستورعمل جدید از ردیف جلو کشوی اول و از راست به چپ چیده شود و تمام کارکنان درمانی از پیش با آن آشنایی کافی داشته باشند.

محتویات طبقات ترالی احیای نوزاد در بخش اورژانس زایمان، اتاق زایمان و اتاق عمل سزارین

به ترتیب از بالا به پایین

داروهای مندرج در دستورعمل ابلاغی احیای نوزاد ویژه اتاق زایمان و اتاق عمل سزارین	طبقه اول
داروهای مندرج در دستورعمل ابلاغی احیای نوزاد ویژه اتاق زایمان و اتاق عمل سزارین	طبقه دوم
سرنگ های ۱، ۲، ۵ و ۱۰ سی سی (از هر کدام ۳ عدد)	طبقه سوم (وسایل تزریقات ورگ گیری)
سرنگ های ۲۰ و ۵۰ سی سی (از هر کدام ۳ عدد)	
سرنگ انسولین (۳ عدد)	
سرسوزن های شماره ۲۰، ۲۱ (از هر کدام ۳ عدد)	
سوزن تزریق داخل استخوان (اختیاری)	
آنژیوکت آبی شماره ۲۲ (۳ عدد)	
آنژیوکت صورتی شماره ۲۰ (۲ عدد)	
سه راهی آنژیوکت (۳ عدد)	
هیپارین لاک (۳ عدد)	
اسکالپ وین آبی شماره ۲۳ (۵ عدد)	
کاتترهای سیاهرگ نافی استاندارد (End hole) ۳/۵ F یا ۵ F	
چسب ضد حساسیت برای نصب حسگرها / پروب پالس اکسی متر (حداقل ۱ حلقه)	
چسب معمولی لکوپلاست برای تثبیت لوله تراشه (حداقل ۱ حلقه)	
چسب شفاف برای تثبیت کاتتر نافی (اختیاری)	
پد الکلی حداقل ۱۰ عدد یا پنبه به همراه افشانه الکلی در داخل ترالی	
لارنگوسکوپ با تیغه های راست (Miller) شماره ۰ (نوزاد نارس) و شماره ۱ (نوزاد رسیده) لامپ و باتری اضافی برای لارنگوسکوپ، در صورت نیاز تیغه لارنگوسکوپ شماره ۰۰ (اختیاری)	طبقه چهارم (پروسیجر)
استایلت stylet (اختیاری)	
لوله دهانی معدی ۶ F و ۸ F (از هر کدام ۳ عدد)	
لوله دهانی معدی ۱۰ F و ۱۲ F و ۱۴ F (از هر کدام ۱ عدد)	
سوند نلاتون (کاتتر ساکشن) ۱۰ F و ۱۲ F (از هر کدام ۳ عدد)	

پوآر (۲ عدد)	طبقه پنجم (وسایل پرقراری راه هوایی)
گاز استریل حداقل (۳ عدد)	
دستکش استریل شماره های ۶/۵ و ۷ و ۷/۵ و ۸ (از هر کدام ۱ عدد)	
دستکش یک بار مصرف (۱ بسته)	
تیغ بیستوری استریل شماره ۲۲ برای بریدن بند ناف نوزاد به منظور جا گذاری کاتتر نافی (۲ عدد)	
گیره کوچک هموستات (۱ عدد)	
قیچی تک پیچ استریل برای کوتاه کردن لوله تراشه (۱ عدد)	
بگ خودگشای نوزادی ۲۴۰ سی سی (۲ عدد)	
ماسک صورت در اندازه های نوزاد رسیده و نارس از هر کدام حداقل (۲ عدد)	
ماسک حنجره ای (شماره ۱) و سرنگ ۵ mL (۲ عدد)	
لوله تراشه با قطر درونی ۲/۵ mm، ۳/۰ mm و ۳/۵ mm (از هر کدام ۳ عدد)	
مکونیوم آسپیراتور (۱ عدد)	
لیدهای ECG کودکان (اختیاری)	
نوار اندازه گیری (متر)	
چراغ قوه قلمی (۱ عدد)	
محلول ضد عفونی بتادین (۱ عدد)	
گوشی پزشکی	
کلاه نوزاد	
کیسه پلاستیکی (زیپ کیپ اندازه X Large) ویژه نوزادان بسیار نارس (سن بارداری کمتر از ۳۲ هفته)	
Airway برای نوزاد رسیده و نارس (از هر کدام ۱ عدد)	